

	RDP-V ۰۱	نام کالا/ خدمت
	تصفیه و ضد عفونی کننده هوا و محیط بیمارستانی	حوزه کالا/خدمت
		شماره یا نام نسخه
		تاریخ انتشار/ ورود به بازار
	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - تحقیق و توسعه/نوآوری باز <input checked="" type="checkbox"/> - مهندسی معکوس/ طراحی و ساخت <input type="checkbox"/> - انتقال فناوری/ همکاری و خرید فناوری از غیر <input type="checkbox"/> - کپی کاری <input type="checkbox"/> - فعالیت بازرگانی (واردات و خرید و فروش) 	شیوه دستیابی به کالا/خدمت
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ 	مشتریان اصلی ^۱ (پنج مصرف کننده عمده)
معرفی کالا/خدمت		
<p>این دستگاه به منظور استریل هوا از انواع ویروسها و باکتری های خطرناک برای فضاهای بسته طراحی و ساخته شده است دستگاه مدل RDP-V ۰۱ ساخت شرکت رایکا درمان پارسین از سطحی از طیف نور و امواج الکترومغناطیس جهت از بین بردن مقاومترین انواع ویروسها و باکتری ها استفاده مینماید به منظور استریل کردن هوای داخل سالن تا سطح ۱۰۰ متر مربع می توانید این دستگاه را مطابق دستور العمل نصب نموده و طی گذشت ۴۵ دقیقه از محیطی عاری از ویروس و باکتری استفاده نمایید. سیستم کنترل هوشمند نصب شده به صورت اتوماتیک فعالیت ها و رفت آمد را بررسی می نماید و مطابق آن عمل ویروس کشی محیط از سر گرفته میشود</p>		

^۱. در صورتیکه کالا/خدمت، فاقد مشتری خاص بوده و به صورت عام مورد مصرف قرار می گیرد، می توانید مشتریان اصلی خود را عام قید نمایید.

مشخصات فنی کالا/خدمت Specification

POWER : ۶۴W
VOLTAGE : ۲۲۰VAC
SENSOR : PIR
SENSOR : AMBIANT TEMP
. OPTION : REMOTE CONTROL
MONITOR : COOLER TFT
Dimensions : ۱۹۰*۶۰*۴۰ cm
Weight : ۶۰ KG

گواهینامه، جوایز، تاییدیه و استانداردهای اخذ شده (در صورت وجود)

عنوان	تاریخ صدور	مرجع صادرکننده	مدت اعتبار	توضیحات
مجوز و پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	اداره تجهیزات پزشکی و غذا و دارو هرمزگان	۶ ماه	
مجوز ایزو از IMQ ایتالیا	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	IMQ ایتالیا		
تاییدیه EMC	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	آزمایشگاه اپیل		
ایزو ۶۰۶۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	آزمایشگاه اپیل		
صحت عملکرد دستگاه	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	آزمایشگاه کیفیت کوشان (آزمایشگاه مرجع سازمان تجهیزات پزشکی)		